| | | |
|---|---|---|
| โรงพยาบาลวชิรพยาบาล VAJIRAPHAKEY HOSPITAL | **วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)**<br>**เรื่อง :** การจ่ายห่ออุปกรณ์เครื่องมือให้หน่วยงานก่อนผล spore test หรือ Biological indicator (BI) ออก | **หน้า :** 1 / 1<br>**รหัสเอกสาร :** WI-CSSD-000-021-02<br>**ทบทวนครั้งที่ :** 2 **วันที่ทบทวน :** 20 มีนาคม 2569 |
| **ชื่อหน่วยงาน :** CSSD | | **วันที่อนุมัติ :** 14 ก.ค. 2569 |
| **ผู้ตรวจสอบ :**<br>(นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)<br>หัวหน้างานจ่ายกลาง | | **ผู้อนุมัติ :**<br>(นางกฤตพร เมืองพร้อม)<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล |

**1. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้อุปกรณ์กรณีเร่งด่วนได้อย่างปลอดภัยโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการจ่ายอุปกรณ์ก่อนผล BI ออก

**2. ขอบข่าย**

เจ้าหน้าที่ CSSD และหน่วยงาน

**3. ความรับผิดชอบ**

บุคลากรในงาน CSSD

**4. คำจำกัดความ**

**การจ่ายห่ออุปกรณ์เครื่องมือให้หน่วยงานก่อนผล BI ออก** หมายถึง การที่งานจ่ายกลางต้องจ่ายชุดห่ออุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว แต่ผลตรวจสอบทางชีวภาพ ยังไม่ออกผลอ่านว่าเป็นบวกหรือเป็นลบ ให้กับหน่วยงานที่ร้องขอใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกรณีเร่งด่วน

**5. รายละเอียด**

1. เมื่อได้รับการร้องขอชุดห่ออุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว แต่ผล BI ยังไม่ออก ให้แจ้งทางหน่วยงานว่ายังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่ผลจะออก เพื่อให้หน่วยงานตัดสินใจว่ารอได้หรือไม่
2. หากหน่วยงานทราบเวลารอแล้วแต่ยืนยันขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าว ให้ทางหน่วยงานส่งใบยืนยันความต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้ ก่อนผล BI ออก ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาเซ็นต์ชื่อกำกับ
3. นำอุปกรณ์เครื่องมือไปส่งให้หน่วยงาน พร้อมรับใบ ยืนยันขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือกลับมาใส่แฟ้ม
4. เมื่อผล BI ออกให้โทรแจ้งให้หน่วยงานทราบ โดยแจ้งพยาบาลหัวหน้าเวร กรณีที่ผล BI เป็นบวก ให้รายงานเวรตรวจการและพยาบาลงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทราบ

**6. เอกสารอ้างอิง**

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย. (2561). แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย.